

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua sắm 32 danh mục vật tư y tế năm 2023** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Đức Hành, Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 02353870390 (nhánh lẻ: 1258).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc gửi thư chuyển phát đến địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 15 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:



STT	Số phần	Tên mặt hàng	Đặc tính kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	Tiêu chuẩn chất lượng (Nguồn gốc, xuất xứ(*); Giấy chứng nhận lưu hành tự do của các nước tham chiếu (**))	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		VẬT TƯ TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU, MẠCH MÁU				
1	Phần 1	Bộ dẫn lưu thận qua da	Bộ bao gồm: + 01 Ống thông đầu cong chữ “J” cỡ 14Fr x 30cm + Que nong các cỡ: 8Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr x 20cm + 1 Ống nối + 1 Kẹp cố định dạng cánh + 1 Trocar + 1 Dao mổ số 11 + 1 Kim dẫn + 1 Guide wire đầu J Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Có giấy phép lưu hành sản phẩm	Bộ	20
2	Phần 2	Bộ đốt laser nội mạch	Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch gồm sợi quang, bề mặt lõi hình cầu, kim 21G, cây nong 4F dài 10cm, dây dẫn 45cm. Sử dụng tương thích với máy Laser nội mạch Model/Hãng: Venacure 1470/ANGIO DYNAMICS - Mỹ hiện có của bệnh viện. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1-Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Bộ	5
3	Phần 3	Bộ dụng cụ hỗ trợ mở đường vào mạch máu các cỡ	Bộ dụng cụ mở đường vào lòng mạch quay và mạch đùi, gồm: Ống nong lòng mạch máu; Ống thông mở đường vào lòng mạch quay và mạch đùi, Dây dẫn nhỏ (Mini guidewire), Kim chọc dò mạch máu - Đùi các kích thước: 5 F; 6 F; 7 F; 8 F; 9 F - Chiều dài các cỡ: 11 cm; 23 cm; 45 cm và 70 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Bộ	50
4	Phần 4	Bộ mở bàng quang ra da qua nội soi có ống thông	Bộ mở bàng quang ra da bao gồm: dao rạch; trocar bằng nhựa; kim đâm và ống foley silicone có sợi cân quang, không có đầu tip, 2 nhánh các size 12-18 Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Có giấy phép lưu hành sản phẩm	Bộ	30
5	Phần 5	Bộ nong lấy sỏi qua da	Dùng để tạo đường hầm trong phẫu thuật lấy sỏi qua da, có tính năng giảm áp lực bể thận * Bộ gồm: . 01 Giá đỡ vừa tán vừa hút 18Fr x 13cm . Các que nong: 8Fr - 18Fr . 01 cái Kim chọc dò 18G x 23cm . 01 cái Guide wire: 0,032" x 80cm, tip J . 01 Ống thông tiểu silicone 2 nhánh: 14Fr x 5ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;	Bộ	60
6	Phần 6	Clip kẹp mạch máu titanium các cỡ.	Chất liệu titanium. Tương thích với cán clip nội soi hãng KARL STORZ mã hiệu 30444A của bệnh viện đang sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Cái	720
7	Phần 7	Kẹp mạch máu	Clip mạch máu; Chất liệu: Polymer; Cấu tạo gai sọc thân clip chống trượt, có khóa an toàn; Clip kẹp mạch máu các cỡ từ 3-10mm, 5-13mm và 7-16mm. Hỗ trợ lắp đặt cán clip. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Cái	720

STT	Số phần	Tên mặt hàng	Đặc tính kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	Tiêu chuẩn chất lượng (Nguồn gốc, xuất xứ(*); Giấy chứng nhận lưu hành tự do của các nước tham chiếu (**))	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
8	Phần 8	Đầu nối chữ Y loại Y - Star	Đầu nối Y- Star dạng bấm và vận, đường kính trong van 9Fr, sử dụng trong thủ thuật chụp chẩn đoán và can thiệp mạch máu với công nối giúp gắn thêm các kết nối phụ nhằm hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật. - Bộ kết nối chữ Y bao gồm: • Đầu nối chữ Y • Torque • Kim dài 10cm • Dây truyền với khóa luer có 03 cổng, dài 25cm. • 02 cổng nối Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Có giấy phép lưu hành sản phẩm	Cái	50
9	Phần 9	Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu Anguis phủ lớp ái nước đường kính: 0.018", chiều dài các cỡ	Dây dẫn can thiệp mạch máu anguis phủ lớp ái nước hydrophilic: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: 0.018". - Có 05 kích thước chiều dài khác nhau: 150cm; 165cm; 180cm; 200cm; 260cm - Có 06 loại đầu tip khác nhau: Angled; Straight; 1.5J; 2.0J; 3.0J; Beak. - Tương thích vi ống thông 2.2F; 2.7F	Có giấy phép lưu hành sản phẩm	Cái	50
10	Phần 10	Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên M-Lead	- Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên m-lead có hình dạng đầu thẳng, khả năng phục hồi cao với lõi thép bằng chất liệu Platinum. - Bề mặt phủ áo PU và ái nước Hydrophilic có độ trơn và độ bền cao. - Đi kèm bộ dụng cụ: Torque, dụng cụ chèn, que định hình - Đường kính 0.016 inch - Chiều dài cân quang: 5cm - Phủ lớp ái nước dài 177cm và 162cm - Chiều dài lần lượt : 180cm và 165cm	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Cái	50
11	Phần 11	Đầu thắt tĩnh mạch thực quản	Đầu thắt bao gồm 6 vòng dây thun lắp sẵn vào 1 đầu silicone mềm, tương thích đường kính ngoài ống soi từ 9-11 mm, cấu trúc 1 hoặc 2 sợi kéo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1-Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Bộ	30
12	Phần 12	Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước	Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước hydrophilic: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: 0.035". - Có 05 kích thước chiều dài khác nhau: 45cm - 180cm. - Có 06 loại đầu tip khác nhau: Angled; Straight; 1.5J; 2.0J; 3.0J; Beak. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Có giấy phép lưu hành sản phẩm	Cái	50
13	Phần 13	Dây dẫn hướng Guide Wire HybriGlide	Dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi, thiết lập đường dẫn * Kích cỡ: 0.032", dài 150cm * Chất liệu: Nitinol, phủ PTFE, tip phủ Hydrophilic * Tip: Đầu thẳng, mềm * Thiết kế sọc vàng, đen chạy dài trên thân ống, giúp dễ quan sát trên X-quang Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;	Cái	50
14	Phần 14	Dây dẫn hướng ưa nước Guide Wire Hydrophilic	* Dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi, thiết lập đường dẫn * Kích cỡ: 0.035", dài 150cm * Chất liệu: Nitinol chống xoắn * Tip: Đầu thẳng, mềm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;	Cái	100

STT	Số phần	Tên mặt hàng	Đặc tính kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	Tiêu chuẩn chất lượng (Nguồn gốc, xuất xứ(*); Giấy chứng nhận lưu hành tự do của các nước tham chiếu (**))	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
15	Phần 15	Dụng cụ cắt khâu nối theo phương pháp Longo	Đường kính dụng cụ khoảng 33mm, Có 32 ghim bên trong, thiết kế đầu đe tháo rời, hai chiều cao ghim 3.5mm và 4.8mm, dùng khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Bộ	100
16	Phần 16	Dụng cụ cắt khâu nối tròn các cỡ	Dụng cụ cắt khâu nối tròn các cỡ, thiết kế 3 hàng ghim dập với chiều cao khác nhau Chiều dài thân dụng cụ: 22cm, 35cm. Các cỡ đường kính tròn: 28mm, 31mm, 33mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Cái	50
17	Phần 17	Dụng cụ cố định lưới thoát vị	Dụng cụ cố định lưới thoát vị gồm ≥30 ghim hình xoắn ốc. Chất liệu Titanium hoặc hợp kim titan. Chiều cao ghim khoảng 3.8mm, đường kính ghim 4mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, hoặc tương đương	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Cái	10
18	Phần 18	Dụng cụ khâu cắt đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi	Dụng cụ khâu cắt đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi, tích hợp với tất cả các loại băng đạn cỡ 30mm, 45mm, 60mm điều khiển băng đạn gấp góc mỗi bên 5 cấp độ khác nhau, xoay 360 độ, Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Cái	30
19		Băng ghim nội soi dùng cho nhu mô loại nghiêng	Băng ghim nội soi các cỡ 30mm, 45mm, 60mm: 3 hàng ghim dập mỗi bên có chiều cao khác nhau là 2mm-2.5mm-3mm(đối với băng ghim mạch máu) và 3mm-3.5mm-4mm(đối với băng ghim nhu mô trung bình/dày) giúp cầm máu, có lưới dao mới trong mỗi băng ghim. Đạt tiêu chuẩn ISO, chứng nhận CFG, FDA	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Cái	300
20	Phần 19	Dụng cụ khâu nối trong mổ hở	Dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ hở, công nghệ ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều dài thân dụng cụ 60mm và 80 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO FDA	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Cái	40
21		Băng ghim khâu nối trong mổ hở	Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ hở, công nghệ ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, chiều dài băng ghim 60mm và 80mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Cái	300
22	Phần 20	Dụng cụ mở đường động mạch đùi các cỡ (TACE)	Cấu tạo: Có đầu dễ truyền dịch. Van ngăn máu trào ngược Kích cỡ: Kích thước dày đủ các cỡ: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 11Fr. Chiều dài các cỡ: 7cm, 10cm và 25cm. Kích cỡ dây dẫn: Các cỡ 0.025", 0.035", 0.038". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Cái	20
23	Phần 21	Khăn phẫu thuật	Chất liệu: Vải không dệt, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, chống huyết tương. Dùng cho phẫu thuật lấy sỏi qua da Kích thước khăn: 160cm x 240cm Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Có giấy phép lưu hành sản phẩm	Cái	60

STT	Số phần	Tên mặt hàng	Đặc tính kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	Tiêu chuẩn chất lượng (Nguồn gốc, xuất xứ(*); Giấy chứng nhận lưu hành tự do của các nước tham chiếu (**))	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
24	Phần 22	Lưới điều trị thoát vị prolene Mesh 15 x 15cm	Mảnh ghép prolene Mesh dùng trong thoát vị 15x15cm. Thành phần sợi polypropylene không tiêu, kích thước lỗ lưới dưới 1mm. Trọng lượng lớn hơn 95g/m ² , chiều dày khoảng 0,5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Miếng	30
25	Phần 23	Lưới điều trị thoát vị prolene soft Mesh 15 x 15cm	Mảnh ghép loại nhẹ dùng trong thoát vị 15x 15cm. Thành phần sợi polypropylene không tiêu, kích thước lỗ lưới dưới 2,38 +/- 0,03 mm. Trọng lượng lớn hơn 45g/m ² . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương	Đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; - Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.	Miếng	30
26	Phần 24	Ống soi mềm	Dùng để hỗ trợ phẫu thuật nội soi trong việc điều trị sỏi tiết niệu và thực hiện các thủ tục điều trị, kết hợp với các vật tư và phụ kiện khác như sợi truyền quang, vv.. * Kênh làm việc: 3.6 Fr * Trường nhìn: 90 độ * Đường ngắm: 0 độ * Chiều dài làm việc khoảng 650mm * Độ rộng của ống chèn: 9.2 Fr * Chiều rộng tối đa của đầu xa: 9.0 Fr * Góc uốn: - 270 độ; + 270 độ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng điều kiện sau: Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do	Cái	20
27	Phần 25	Ống thông can thiệp chẩn đoán	Ống thông can thiệp chẩn đoán có các hình dạng chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng (gan, phổi, phế quản) và ngoại biên. - Mức độ xoay cao - Phần thân ống thông được đan bằng các sợi thép - Độ cân quang cao - Kích thước: 4; 5; 6 F - Chiều dài: 70cm; 80cm; 100cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Cái	50
28	Phần 26	Rọ lấy sỏi	Dùng để gắp và lấy sỏi trong quá trình phẫu thuật nội soi tiết niệu * Kích cỡ: 2.5 Fr, dài 120cm * Chất liệu: Nitinol chống xoắn * Tay cầm có thể tháo lắp được Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng các điều kiện sau: - Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;	Cái	100
29	Phần 27	Rọ lấy sỏi dùng trong ERCP	Rọ 8 sợi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Cái	5
30	Phần 28	Tay dao siêu âm các loại	Tay dao mổ nội soi dài 39cm/ tay dao mổ mở dài cỡ 13cm/ tay dao mổ mở dài cỡ 26cm Dùng phù hợp với Dao siêu âm không dây mã hiệu Sonicision của hãng Covidien/Mỹ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Cái	20
31	Phần 29	Vật liệu nút mạch hạt nhựa PVA	Hạt nút mạch Embozene Color Advanced Microspheres, 2ml. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương.	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Miếng/ thời/lo	5

STT	Số phần	Tên mặt hàng	Đặc tính kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	Tiêu chuẩn chất lượng (Nguồn gốc, xuất xứ(*); Giấy chứng nhận lưu hành tự do của các nước tham chiếu (**))	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
32	Phần 30	Vi ống thông can thiệp mạch máu	Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên, TACE (tiết niệu, sinh dục, gan, lách, thận) Vi ống thông có đầu xa siêu nhỏ, dành cho mạch máu siêu chọn lọc: - Lưu lượng dòng chảy lớn - Bọc Tungsten chống vận xoắn; lớp lót PTFE bên trong, đầu tip Marker Platinum, phủ lớp ái nước Hydrophilic - Phủ lớp ái nước dài các cỡ: 60cm; 80cm; 110cm. - Đường kính ngoài đầu gần: từ 2.7F - 2.9F - Đường kính ngoài đầu xa: từ 1.7F - 2.7F - Tương thích vi dây dẫn các cỡ: 0.016"; 0.018"; 0.025" - Chiều dài các cỡ: 70cm; 105cm; 110cm; 125cm; 130cm; 135cm; 150cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1. Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 2. Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất hoặc tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam	Cái	50

Ghi chú:

() Nguồn gốc xuất xứ: Dựa vào thông tin ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:*

a) Giấy phép nhập khẩu;

b) Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành);

c) Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.

*(**) Nước tham chiếu: Gồm các nước khu vực Châu Âu; Mỹ; Nhật bản; Thịnh vượng chung Úc; Canada*

- Các nước khu vực Châu Âu bao gồm: Cộng hòa Áo; Cộng hòa Ba Lan; Cộng hòa Bồ Đào Nha; Cộng hòa Bulgaria; Cộng hòa Croatia; Cộng hòa Estonia; Cộng hòa Hungary; Cộng hòa Hy Lạp; Cộng hòa Ireland; Cộng hòa Latvia; Cộng hòa liên bang Đức; Cộng hòa Litva; Cộng hòa Malta; Cộng hòa Phần Lan; Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Romania; Cộng hòa Séc; Cộng hòa Síp; Cộng hòa Slovakia; Cộng hòa Slovenia; Cộng hòa Tây Ban Nha; Cộng hòa Ý; Đại công quốc Luxembourg; Liên bang Thụy Sĩ; Vương quốc Anh; Vương quốc Bỉ; Vương quốc Đan Mạch; Vương quốc Hà Lan; Vương quốc Thụy Điển.



Ghi chú: Đối với các mặt hàng không phải là vật tư y tế nhà thầu vẫn Báo giá theo mẫu Báo giá (đính kèm thông báo).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế:

- Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
- Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày.

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời gian thanh toán tối thiểu 120 ngày kể từ ngày bên bán xuất hoá đơn và có biên bản nghiệm thu cho từng lần nhập hàng.

5. Các thông tin khác (nếu có). *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hùng



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chúng tôi [Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Chứng nhận chất lượng (CO, CQ, CE, ISO, FDA,...), chứng nhận lưu hành tự do	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đã bao gồm thuế phí, các phí và lệ phí liên quan)	Thành tiền
1										
2										
3										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày tháng 9 năm 2023.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2023

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))