

Quảng Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy đo huyết áp để bàn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
- Địa chỉ nhận báo giá:

Gửi về Văn thư của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (các đơn vị cung cấp báo giá phải ghi tiêu đề kèm theo số thông báo bên ngoài bì thư: **Báo giá theo yêu cầu báo giá số 4827/TB-BV ngày 19/10/2023 về việc Mua sắm Máy đo huyết áp để bàn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.**)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10 năm 2023 đến trước 08 giờ 15 phút ngày 31 Tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trọn gói danh mục thiết bị y tế sau: (gọi chung là thiết bị)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo huyết áp để bàn	Máy huyết áp tự động Màn hình hiển thị kỹ thuật số . Phương pháp đo: huyết áp không xâm lấn	02	Cái



		<ul style="list-style-type: none"> • Độ chính xác khoảng áp suất hiển thị ± 3 mmHg • Phương pháp bơm xả: Bơm xả tự động bằng van điện từ 		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm theo

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có)

- Báo giá phải niêm phong kín.

- Báo giá kèm theo giấy ủy quyền.

- Kèm theo hợp đồng tương tự trong vòng 120 ngày nếu có.

Đính kèm: Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị

y tế

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VT-TBYT



Nguyễn Đình Hùng





BẢNG MÔ TẢ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 4827/BV-VTTBYT ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam)

A	YÊU CẦU CHUNG:
1	Năm sản xuất: 2023 trở đi.
2	Chất lượng máy: Mới 100%
4	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 hoặc tương đương
5	Nguồn điện: 220VAC; 50Hz
6	Môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ tối đa đến $\geq 40^{\circ}\text{C}$
	+ Độ ẩm tối đa đến $\geq 80\%$
B	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH:
1	Máy chính: 01 máy
2	Vỏ bọc bao đo: 01 cái
3	Giá đỡ tay: 01 cái
4	Giấy in: ≥ 01 cuộn
5	Bộ đổi nguồn: 01 bộ
6	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Anh và Tiếng Việt)
C	YÊU CẦU VỀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:
	1. Máy chính
-	Màn hình hiển thị kỹ thuật số
2	Bộ đổi nguồn AC
-	Điện áp vào 100V-240V
-	Tần số 50Hz-60Hz
-	Điện áp ra : DC 12V
-	Dòng ra 3.5A
3	Phương pháp đo huyết áp không xâm lấn
-	Nguyên lý đo: Phương pháp dao động
-	Khoảng áp suất hiển thị từ 0 đến 299 mmHg ($\pm 3\text{mmHg}$)
-	Độ chính xác khoảng áp suất hiển thị $\pm 3 \text{ mmHg}$

-	Khoảng đo áp suất
-	Huyết áp tâm thu: từ 60 đến 260 mmHg (± 3 mmHg)
-	Huyết áp động mạch trung bình: từ 40 đến 230 mmHg (± 3 mmHg)
-	Huyết áp tâm trương: từ 30 đến 215 mmHg (± 3 mmHg)
-	Khoảng đo nhịp mạch: từ 40 đến 180 nhịp/phút (± 3 nhịp/phút)
-	Độ chính xác đo:
-	Huyết áp: trung bình khoảng ± 5 mmHg
-	Nhịp mạch: ± 5 giá trị đọc
-	Phát hiện áp lực bằng cảm biến tinh thể áp điện bán dẫn
-	Phương pháp bơm : bơm tự động
-	Chu vi bắp tay từ $\cong 17$ đến $\cong 42$ cm (± 3 cm)
D	CÁC YÊU CẦU KHÁC
1	Thời gian giao hàng (kể từ ngày ký hợp đồng) tại bệnh viện trong vòng ≤ 60 ngày
2	Phải có đội ngũ kỹ thuật được đào tạo, thời gian giải quyết sự cố thiết bị khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện bằng điện thoại, fax hay văn bản trong vòng ≤ 48 giờ
3	Lắp đặt, chạy thử máy móc ngay sau khi bàn giao
4	Đào tạo nhân sự: vận hành, bảo dưỡng thiết bị nhiều đợt đến khi thành thạo.
5	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế: ≥ 10 năm
6	Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị và phụ kiện kèm theo: ≥ 01 năm
7	Cam kết khi giao hàng cung cấp: - Đối với hàng nhập khẩu: + Có bản phân loại trang thiết bị y tế từ một đơn vị hợp lệ hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị phải được cấp phép theo quy định. + Các trang thiết bị y tế loại A phải có giấy công bố đủ tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A, còn đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D thì phải có giấy phép nhập khẩu thuộc danh mục của Thông tư 30/2015/TT-BYT. + Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), danh mục đóng gói (Packing list), vận đơn (Bill of Landing) - Đối với hàng sản xuất trong nước:



	<p>+ Có giấy phép lưu hành sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp (Bản sao công chứng)</p> <p>+ Cam kết cung cấp chứng nhận về xuất xứ, chứng nhận về chất lượng</p>
8	<p>Cam kết cung cấp hồ sơ khi bàn giao thiết bị: số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, cung cấp số lưu hành của trang thiết bị hoặc giấy phép nhập khẩu phù hợp với hàng hóa được xác định là trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/nđ-cp ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sany



[Handwritten signature]

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:...../TB-BV ngày...../...../.....của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chúng tôi [Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền
1											
2											
3											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày (≥ 90 ngày), kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày tháng năm 2023

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

