

Số: 5840/BV-VTTBYT

Quảng Nam, ngày 05 tháng 12 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy nội nha tích hợp định vị chóp với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Đức Hành, Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 0235.3870390 Nhánh lẻ 2500 (trong giờ hành chính)

3. Địa chỉ nhận báo giá:

Gửi về Văn thư của Bệnh viện, Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (các đơn vị cung cấp báo giá phải ghi tiêu đề kèm theo số thông báo bên ngoài bì thư: **Báo giá theo thông báo hoặc theo yêu cầu báo giá số 5840/TB-BV ngày 05.12.2023 về việc.....của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ban hành.**)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15.giờ 45.phút ngày 05. tháng 12. năm 2023 đến trước 15.giờ 45.phút ngày 15. Tháng 12. năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trọn gói danh mục thiết bị y tế sau: (gọi chung là thiết bị)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Mua sắm máy nội nha tích hợp định vị chóp	Đặc điểm: - Máy điều trị nội nha tích hợp định vị chóp. - Làm sạch và tạo hình ống tủy hiệu quả rút ngắn đáng kể thời gian nội nha.	01	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Tự động giảm lực, dừng lại và cảnh báo âm thanh - Hoạt động êm ái với tay micromotor không chổi than. - Đầu nội nha có thể xoay 360⁰, làm việc dễ dàng mọi vị trí răng. - Tự động xoay khi đưa trâm máy vào ống tủy và tự động dừng khi đưa ra ngoài ống tủy. <p>Thông số kỹ thuật: Điện áp vào: 220V, 50/60HZ Điện áp đầu ra: DC 15V/1.6A Tầm torque: 0.4-5.0 Ncm Tốc độ: 100 – 2500 rpm Dung lượng pin thân máy: 11.1V/2600mAh Dung lượng pin tay cầm: 3.7V/1200mAh</p>		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng
4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
5. Các thông tin khác (nếu có)
 - Báo giá phải niêm phong kín.
 - Kèm theo hợp đồng tương tự trong vòng 120 ngày nếu có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT



Nguyễn Đình Hùng



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:...../TB-BV ngày...../...../.....của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chúng tôi [Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền
1											
2											
3											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày (≥ 90 ngày), kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày tháng năm 2023

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))