

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm ghế nha khoa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
- Địa chỉ nhận báo giá:

Gửi về Văn thư của Bệnh viện, Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (các đơn vị cung cấp báo giá phải ghi tiêu đề kèm theo số thông báo bên ngoài bì thư: **Báo giá theo yêu cầu báo giá số 2054/TB-BV ngày 22/5/2024 về việc Mua sắm ghế nha khoa.**)

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm:

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0235.3870390 Nhánh lẻ 2500 (trong giờ hành chính)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Báo giá trọn gói danh mục thiết bị sau: (gọi chung là thiết bị)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Ghế nha khoa	Máy chính và phụ kiện 1. Ghế bệnh nhân: 01 bộ 2. Đèn điều trị - LED: 01 bộ 3. Hệ thống bồn nhỏ và vòi cấp nước sạch: 01 bộ 4. Mâm dụng cụ: 01 bộ	02	Cái

		5. Hệ thống trợ thủ: 01 bộ		
		6. Pedal điều khiển tay khoan và vị trí ghế: 01 bộ		
		7. Ghế nha sĩ: 01 cái		

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, (lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm theo)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có)

- Báo giá phải niêm phong kín.

- Báo giá kèm theo giấy ủy quyền của Hãng

Đính kèm: Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VT-TBYT.



Nguyễn Đình Hùng



**BẢNG MÔ TẢ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN
CỦA GHẾ NHA KHOA**

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 2054/BV-VTTBYT ngày 22 tháng 5 năm 2024
của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam)

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU		
I	YÊU CẦU CHUNG:		
1	Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100%.		
2	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương		
3	Nguồn cung cấp: 220V /50Hz ± ≤10%		
4	Môi trường hoạt động:		
	Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C		
	Độ ẩm tối đa: ≥ 70%		
5	Thiết bị nhập khẩu theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ.		
II	CẤU HÌNH:		
STT	Mô tả	Số lượng	Đơn vị
MÁY CHÍNH VÀ PHỤ KIỆN		02	Cái
1	- Ghế bệnh nhân	01	bộ
2	- Đèn điều trị - LED	01	bộ
3	- Hệ thống bồn nhỏ và vòi cấp nước sạch	01	bộ
4	- Mâm dụng cụ	01	bộ
5	- Hệ thống trợ thủ	01	bộ
6	- Pedal điều khiển tay khoan và vị trí ghế	01	bộ
7	- Ghế nha sĩ	01	cái
III	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:		
Thông số kỹ thuật			
1	- Cơ chế chuyển động: Motor điện - Kết cấu đế: sắt nguyên khối - Bề mặt được làm bằng vật liệu có độ bền cao, chịu được tác động của hoá chất - Áp lực nước đầu vào: từ 0.2 – 0.4Mpa - Áp lực hơi đầu vào: 0.55 – 0.8Mpa - Nệm ghế: Da may, nệm mềm mại, tạo sự thoải mái cho bệnh nhân		

	- Tựa đầu: di chuyển linh hoạt - Lưng ghế có khả năng gập, ngã - Có tính năng an toàn chống va đập tại vị trí: Tựa lưng - Tính năng khoá vị trí khi các dụng cụ đang hoạt động - Vị trí ghế được điều khiển bằng: + Pedal + Bàn phím trên mâm dụng cụ + Bàn phím trên mâm phụ tá
2	Đèn điều trị: - Sử dụng bóng LED - Có nhựa kính bảo vệ- Đèn có 3 khớp xoay - Công tắc bật tắt tại: + Bàn phím trên mâm dụng cụ + Công tắc trên đèn khám - Công tắc điều chỉnh cường độ sáng trên đèn khám
3	Hệ thống bồn nhỏ và vòi cấp nước sạch - Bồn nhỏ bằng thủy tinh - Có thể xoay và tháo rời để vệ sinh - Có bình đựng nước sạch riêng - Có thể điều chỉnh lượng nước cấp cho ly nước
4	Mâm dụng cụ: - Theo kiểu truyền thống có cần gắn, dụng cụ dạng treo giắc - Có đèn đọc phim X-quang - Có 5 vị trí giắc dụng cụ: + 01 vị trí đã có tay xịt 3 chức năng + 02 vị trí cho dây tay khoan nhanh + 01 vị trí cho dây tay khoan chậm + 01 vị trí để trống cho tùy chọn thêm (đèn trám, máy caoij vôi,...) - Đầu xịt của tay xịt có thể xoay 360° và tháo rời tiết trùng - Bàn phím có các chức năng: + Bật/ tắt đèn điều trị + Bật tắt đèn đọc phim + Bật nước cho bồn nhỏ + Bật nước cho vòi nước ly + Bật nước ấm cho vòi nước ly + Phím điều khiển: nâng ghế, hạ ghế, gập tựa lưng, ngã tựa lưng



	+ Có ít nhất 3 vị trí ghế tự động có thể lập trình cho nha sĩ, + Tự động trở về vị trí súc miệng
5	Hệ thống trợ thủ: - 01 Tay xịt 3 chức năng - 02 ống hút - Bàn phím điều khiển - Đầu xịt của tay xịt có thể xoay 360° và tháo rời tiết trùng - Hệ thống hút có bộ lọc cặn - Mâm phụ tá có thể xoay linh hoạt - Bàn phím điều khiển bao gồm một trong các tính năng: + Bật nước cho bồn nhỏ, + Bật nước cho vòi nước ly, + Bật nước ấm cho vòi nước ly, + Phím điều khiển: nâng ghế, hạ ghế, gấp tựa lưng, ngả tựa lưng.
6	Pedal điều khiển tay khoan và vị trí ghế - Điều khiển công suất dụng cụ tay khoan bằng cách thay đổi lực đạp
7	Ghế nha sĩ - Chiều cao ghế có thể điều chỉnh - Có tựa lưng - Nệm ghế êm ái - Bánh xe có gạt hãm hạn chế di chuyển
IV	YÊU CẦU KHÁC
1	Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng
2	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất
3	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng
4	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng < 48 giờ
5	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 7 năm
6	Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:...../TB-BV ngày...../...../.....của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chúng tôi Địa chỉ:.....[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền
1											
2											
3											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày tháng năm 202..

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))