

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Máy châm cứu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
- Địa chỉ nhận báo giá:

Gửi về Văn thư của Bệnh viện, Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (các đơn vị cung cấp báo giá phải ghi tiêu đề kèm theo số thông báo bên ngoài bì thư: **Báo giá yêu cầu báo giá số. 25.26/TB-BV ngày 18.6.2024 về việc Máy châm cứu**)

3. Thông tin liên hệ:

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 0235.3870390 Nhánh lẻ 2500 (trong giờ hành chính)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2024 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trọn gói danh mục thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy châm cứu	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ - Nguồn cung cấp: $220\text{V} \pm \leq 10\%$	10	Cái

	<p>- Nhập khẩu theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành nếu là thiết bị nhập khẩu.</p> <p>II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH:</p> <p>- Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 cái</p> <p>Bao gồm:</p> <p>Cấu hình gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Máy chính: 01 chiếc 2. Dây châm cứu: 06 chiếc 3. Dây nguồn 01 cái 4. Hướng dẫn sử dụng Anh- Việt 1 bộ <p>III. Các tính năng và thông số kỹ thuật:</p> <p>- Các chức năng: Dò huyết, Châm cứu không kim, châm cứu bằng xung điện, Châm cứu xung điện từ trường, Chức năng thẻ đục điện, Công tắc thời gian cho điều trị</p> <p>- Các dạng sóng xung gồm: sóng liên tục, sóng từng hồi (sóng không liên tục), sóng dày đặc - phân tán (sóng nén), sóng lãn tần (sóng dao động lên xuống), sóng tần số hô hấp.</p> <p>- 6 giác đầu ra: có thể điều chỉnh độc lập từng giác Hẹn giờ: cài đặt thời gian từ 1-60 phút</p> <p>- Có cảnh báo bằng âm thanh</p> <p>- Điện áp cung cấp: DC 9V</p> <p>- Công suất tiêu thụ tổng cộng: $\leq 7 \text{ VA}$</p> <p>- Tiêu chuẩn an toàn Class II, Type BF</p> <p>IV. Các yêu cầu khác:</p> <p>- Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng</p> <p>- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất</p> <p>- Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng</p> <p>- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 48 giờ</p> <p>- Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 10 năm</p>		
--	---	--	--



Phòng Công tác xã hội - 09:06 18/06/2021

		<ul style="list-style-type: none">- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.- Cam kết cung cấp chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi bàn giao đối với hàng nhập khẩu.- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có)

- Báo giá phải niêm phong kín.

- Báo giá kèm theo giấy ủy quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VT-TBYT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Hùng



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:...../TB-BV ngày..../..../.....của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chúng tôi địa chỉ: [Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền
1											
2											
3											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ≥ 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 202..

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))