

Số: 1009/BV-VTTBYT

Quảng Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ cho phẫu thuật tim, mạch máu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

2. Địa chỉ nhận báo giá:

Gửi về Văn thư của Bệnh viện, Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (các đơn vị cung cấp báo giá phải ghi tiêu đề kèm theo số thông báo bên ngoài bì thư: **Báo giá theo thông báo hoặc theo yêu cầu báo giá số...../TB-BV ngày/..../2025 về việc (Mua sắm vật tư y tế phục vụ cho phẫu thuật tim, mạch máu)**)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2025 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trọn gói như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Keo sinh học Bioglue	- Là vật liệu sinh học tự tiêu; - Được sử dụng để giúp cho thành mạch trong và ngoài được định hình với lớp đệm mới ở giữa.	02	Tuýp
2	Mạch máu nhân tạo ePTFE thẳng 6x40cm	- Chất liệu: ePTFE - Đường kính 6mm, dài 40cm - Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485/9001/TCCS	02	Cái
3	Mạch máu thẳng 28mm	- Đoạn mạch máu nhân tạo thẳng - Đường kính 28mm, dài 30cm - Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485/9001/TCCS, CE	01	Cái
4	Mạch máu thẳng 30mm	- Đoạn mạch máu nhân tạo thẳng - Đường kính 30mm, dài 30cm - Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485/9001/TCCS, CE	01	Cái



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
5	Van tim động mạch chủ sinh học	- Van sinh học động mạch chủ làm bằng vật liệu sinh học, kích cỡ 19-27mm. - Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485/9001/TCCS, CE, FDA	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có)

- Báo giá phải niêm phong kín.

- Kèm theo hợp đồng tương tự nếu có.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VT-TBYT



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Hùng



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:...../TB-BV ngày...../.....của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chúng tôi [Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Mã vật tư y tế mã hoá theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Ký, mã, nhãn hiệu, model	hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng /khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền
1												
2												
3												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày (≥ 90 ngày), kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))